

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАОУЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

27 ИЮН 2018

№ 01-04-21/712

На № _____ ад _____

Организации здравоохранения
республиканского подчинения

Комитет по здравоохранению
Минского городского
исполнительного комитета

Управления здравоохранения
областных исполнительных
комитетов

УП «Белмедтехника»

УП «Белфармация»

Субъекты хозяйствования
негосударственной формы
собственности

Об информировании

В Министерстве здравоохранения Республики Беларусь рассмотрено обращение ОАО «Термоприбор» № 01/0505 от 06.06.2018, и на основании рекомендаций комиссии по изделиям медицинского назначения и медицинской техники (протокол от 19.06.2018 № 7) принято решение о:

разрешение применения и реализации медицинской продукции производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР», г. Клин, Московская область, РОССИЯ:

термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный (с покрытием/без покрытия) ТУ 9441-033-31881402-2008 (регистрационное удостоверение № ИМ-7.101982, действительно до 03.11.2019) модели «Клиника», «Градиент», «Капсула»;

термометр медицинский максимальный стеклянный ЭКА (нертутный) по ТУ 9441-034-31881402-2011 (регистрационное удостоверение № ИМ-7.105437, действительно до 05.07.2022), до получения разъяснений от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации о целесообразности (не целесообразности) внесения соответствующих изменений в регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации № 2009/04500 от 19 марта 2009 года, а также в связи с предоставлением извещения № 6 об изменении ТУ № 9441-033-31881402-2008 «Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный», зарегистрированного в РОССТАНДАРТЕ Клинского ФБУ «ЦСМ Московской области» каталожный лист внесен в реестр 09.06.2018 № 143001996.

Одновременно, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» в срок до 01.08.2018 представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь официальную информацию от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации о целесообразности (нецелесообразности) оформления внесения соответствующих изменений в регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации № 2009/04500 от 19 марта 2009 года на вновь представленное извещение № 6 об изменении ТУ № 9441-033-31881402-2008 «Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный» с исполнениями наименования термометров: модели «Градиент», «Капсула», «Клиника».

При непредставлении информации от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации, решение о применении и реализации медицинской продукции производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР», г. Клин, Московская область, РОССИЯ:

термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный (с покрытием/без покрытия) ТУ 9441-033-31881402-2008 (регистрационное удостоверение № ИМ-7.101982, действительно до 03.11.2019) модели «Клиника», «Градиент», «Капсула», будет рассмотрено повторно.

Заместитель Министра



И.Г. Лосицкий